

СОГЛАСОВАНО

Директор

КГП на ПХВ «Курмангазинская центральная районная больница»
Управление здравоохранения Атырауская область

Г.Н.Мутиева

«____» _____ 2018 год

**Объявление о начале закупа способом
запроса ценовых предложений на приобретение расходных материалов
для системы ИВЛ у новорожденных «InfantFlowSIPAP»,
согласно Приложениям 2:**

Адрес Заказчика:

Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул. 30 лет Победы;

Место поставки:

Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул. 30 лет Победы;

График поставки:

в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора;

Условия поставки на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;

Место представления (приема) документов:

Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул. 30 лет Победы,
(здания Районной поликлиники, отдел планирования);

Срок подачи ценовых предложений:

по 13 апреля 2018 г. в 15.00 ч. включительно;

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

13 апреля 2018 г., в 16.00 ч., отдел планирования в здании Районной поликлиники;

Техническая спецификация
на набор юстировочный, предназначенный для аппарата «InfantFlowSiPAP»

Набор юстировочный Infant Flow SiPAP		
Номер детали	Описание детали	Количество
465474	Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4"	1
465457	Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8"	1
467464	Фильтр нейлоновый (30 микрон)	1
672-024-SA	Фильтр газовой-воздушной смеси	1
467352	Датчик кислородный	1
465476	Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16"	2
467269	Фильтр влагосборника (M9251708)	1
675-230	Обратный клапан	2
777244	Аккумуляторная батарея	1
467542	Жиклер с фильтром (43 микрон)	1
11507	Глушитель в сборе	1

Набор юстировочный предназначен для ежегодного обслуживания системы неинвазивной вентиляции легких для новорожденных «InfantFlowSiPAP». Сервисное обслуживание с заменой юстировочного набора может проводиться только инженером сертифицированным от завода-изготовителя систем «InfantFlowSiPAP»

Техническая спецификация

на банку для увлажнителя, предназначенную для использования
с системой «InfantFlowSiPAP», «AVEA»

Материал: металл - алюминий, пластик.
Максимальный объем: 180 мл
Диаметр разъема: входящий – 22 мм (M), выходящий: 15 мм (F)
Пиковый поток: 70 л/мин
Диаметр основания: 123 мм
Банка должна быть произведена с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата «InfantFlowSiPAP».
Количество в упаковке: 20 шт.
Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая.

Техническая спецификация
на дыхательный контур LP предназначенный для аппарата «InfantFlowSiPAP»

Контур пациента «LP» для новорожденных и детей аппарата «InfantFlowSiPAP».

Состав:

1. Трубка, гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки(вн./внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ.
2. Трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки(вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ.
3. Трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки(вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ.
4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон.
5. Дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон.
6. Дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ
6. Адаптер. Диаметр(вн./внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ
7. Адаптер. Диаметр(вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ
8. Адаптер. Диаметр(вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ
9. Адаптер. Диаметр(вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ
8. Адаптер. Диаметр(вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ
9. Запатентованный генератор переменного потока «LP» с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон.
10. Канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон.
11. Канюля назальная «LP». Размер M. Материал: силикон.
12. Канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон.

Контур должен быть произведен с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата «InfantFlowSiPAP».

Количество в упаковке 20 шт.

Индивидуально упаковано. Стерильно.

Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней.

Техническая спецификация

на шапочку-фиксатор, предназначенную для использования с системой «InfantFlowSiPAP»

Материал: ткань;
Предназначение: для использования только с контуром с генератором InfantFlow;
Размеры: 000 (18-20 см), 00 (20-22 см), 0 (22 – 24 см), 1 (24-26 см), 2 (26-28 см), 3 (28-30 см), 4 (30-32 см), 5 (32-24 см), 6 (34-36 см), 7 (36 – 38 см), 8 (38-40 см), 9 (40-42 см);

Шапочка-фиксатор должна быть совместима с генератором переменного потока «LP».

Шапочка-фиксатор должна быть произведена с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата «InfantFlowSiPAP».

Количество в упаковке 10 шт.

Индивидуально упаковано. Стерильно.

Артикул: 777084-105(размер 0-розовая), 777084-106(размер 3-голубая).

Техническая спецификация

на датчик воздушного потока (абдоминальный), предназначенный для системы «InfantFlowSiPAP»

Для регистрации попыток спонтанного дыхания пациента и обнаружения апноэ.

Состав:

Длина – 1000 мм, конектор типа Люэра. Материал: ПВХ

Количество в упаковке 25 шт.

Индивидуально упаковано. Стерильно.

Абдоминальный датчик воздушного потока должна быть произведена с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата «InfantFlowSiPAP».

Датчик воздушного потока должен быть произведен с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата «InfantFlowSiPAP».